

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2019-139	PS/SM/50935
PRODUCTO	
SR Triplex Hot Polymer/SR Triplex Cold Polymer, números de catálogo 541417/541440	
FINALIDAD PREVISTA	
Material termopolimerizable SR Triplex Hot y material autopolimerizable SR Triplex Cold para prótesis dentales	
Nº LOTE	
XT1372/XT1373	
FABRICANTE	
Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein	
DISTRIBUIDOR	
Ivoclar Vivadent, S.L.U. Bajo, Carr. de Fuencarral, 24, 28108 Alcobendas, Madrid	
ASUNTO	
Retirada del mercado del lote XT1372 de SR Triplex Hot Polymer y del lote XT1373 de SR Triplex Cold Polymer debido a que los materiales de base se han intercambiado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa. 	

